

Tests / Analīts	Pieļaujamie mērķa CV% saskaņā ar NCCLs EP5-T2	Ražotāja iegūtie dati kontrolēs CV%		SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" laboratorija CV%
		PCCC1	PCCC2	
Analizātoram				
Cobas Integra 400 plus				
ALAT	<4	1,5	1,9	2,55
ASAT	<4	1,7	1,5	3,27
Amilāze	<5	1,4	1,4	2,57
ALP	<4	2,1	1,7	1,45
GGT	<5	1,8	1,3	2,82
Lipāze	<4	2,7	3,2	4,0
CK-NACK	<3	1,9	2,0	2,65
LDH	<5	1,1	1,1	2,47
Glikoze	<3	1,2	1,2	2,26
Kop.Bilirubīns	<3	2,1	0,8	2,66
Tiešais Bilirubīns	<3	1,6	1,0	4,31
Albumīns	<4	2,87	2,93	2,94
Total Proteins	<2	2,4	1,7	2,55
Urea	<3	3,9	2,8	2,33
Kreatinīns	<5	3,1	1,4	3,76
Urīnskābe	<3,5	1,7	1,6	2,5
Kopējais Holesterīns	<3	1,9	1,4	2,95
ABL-Holesterīns	<5	1,13	0,7	1,39
ZBL-Holesterīns	<5	2,7	2,3	1,88
Triglicerīdi	<3	1,9	1,9	2,72
Kalcijs	<2	1,8	1,9	2,36
Dzelzs	<4	1,3	1,3	2,53
Fosfors	<3	2,5	2,4	1,58
Magnijs	<3	2,9	2,3	1,75
Etanols	<5	2,4	3,9	2,0
CRO	<5	2,9	2,7	3,42
ASO	<6	4,1	5,3	3,20
RF	<10	1,4	1,5	3,0
HbA1C	<4	1,3	1,0	2,99
Ferritīns	<8	7,8	3,4	2,85
D-Dimēri	<6	3,3	3,6	2,85

Sandra Dreimape
 Arsts P-49
 Sandra Dreimape
 12.05.2019

RTests / Analīts	Pieļaujamie mērķa CV% saskaņā ar Ražotāju	Ražotāja iegūtie dati kontrolēs CV%		SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" laboratorija CV%
		Coulter 6C CellControl Level 3	Coulter 6C CellControl Level 2	
Analizātoram				
Coulter 6C				
WBC	<3,0	1,2	0,974	1,242
RBC	<1,5	1,009	0,49	0,873
HGB	<1,5	1,1	0,61	0,726
HCT	<2,0	1,3	1,12	0,931
MCV	<1,0	0,55	0,95	0,993
MCH	<2,0	0,481	0,48	1,263
MCHC	<2,0	0,616	1,16	0,921
PLT	<3,5	1,9	1,65	1,277
RDV-CV	<2,5	1,2	2,13	1,97
MPV	<2,5	0,68	0,69	1,34
Neitrofilie %	<3,5	3,9	1,17	2,02
Limfociti %	<15	5,75	8,08	3,71
Monocīti %	<10	8,50	12,16	6,31
Eozinofilie %	<15	14,61	16,68	13,99
Bazofilie %				
Analizatoram				
RapidPoint 500		RAPIDQC SIEMENS LEVEL 1	RAPIDQC SIEMENS LEVEL 3	
Ph		0,085	0,061	
PCO2	2,9	2,8	2,19	0,116
PO2	2,9	2,85	2,57	1,67
Na+	1,0	0,86	0,97	1,19
K+	0,5	0,47	0,35	0,84
Cl-	1,0	0,82	1,08	0,577
Analizatoram				
COBAS e-411		PC Tumor Marker	PC Tumor Marker	
		TM 1	TM 2	
Troponins T-hs	5,4	3,4	2,0	4,515
TSH	5,4	3,5	4,2	3,97
FT4	7,6	1,8	2,9	3,52
PSA	3,2	2,7	2,9	3,25
CEA	5,4	3,6	3,0	5,252
CA-125	4,8	2,5	2,1	4,5

Val. vad. dr. *Sandra Dreimane*
 Arsts. P. Dr.
 Sandra Dreimane
 1-240953-12214